



RELATÓRIO

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

ITEM 1 – MONITOR FISIOLÓGICO ECG/RESP/TEMP/SPO2/NIBP

Após análise, tanto da descrição comercial, quanto do manual e catálogo do produto, identificamos que os equipamentos das empresas PROLIFE, cotando modelo T3, ALFAMED, cotando modelo VITA 500e e CIRURGICAS CERON, cotando com o modelo G3D não atendem as especificações técnicas solicitadas, como:

PROLIFE:

- Resolução da tela abaixo de 1280 x 800.
- Bateria menor do que 240 minutos.
- Não permite ajuste manual limiar de detecção de respiração.
- Não permite monitoração futura de pressão invasiva e capnografia.
- RMS não condiz com o monitor.

ALFAMED:

- Resolução da tela abaixo de 1280 x 800.
- Não permite monitoração futura de pressão invasiva e capnografia.

CIRURGICAS CERON:

- Tela não é touchscreen.
- Não tem suporte para fixação em aparelho de anestesia.
- Quantidade de ondas simultâneas abaixo de 8.
- Bateria com duração menor que 240 minutos.

ITEM 2 – ELETROCARDIÓGRAFO

Após análise, tanto da descrição comercial, quanto do manual do produto disponível no site da ANVISA, identificamos que o equipamento da empresa PROLIFE, cotando modelo 200S não atende as especificações técnicas solicitadas, como:

- Taxa de amostragem menor que de 8.000 amostras.
- Peso superior a 2,5 kilos.



- Bateria com duração menor que 10 horas.

ITEM 4 – BISTURI ELÉTRICO 300W

Após análise, tanto da descrição comercial, quanto do manual do produto disponível no site da ANVISA, identificamos que o equipamento da empresa MEDCIR, cotando modelo POWERCUT LED 400W E DELTRONIX, cotando modelo PRECISION TC3 não atendem as especificações técnicas solicitadas, como:

MEDCIR

- Não possui botão dedicado no painel para ativar/desativar a função controle remoto.
- Não possui corte pulsado com no mínimo de 10 níveis.

DELTRONIX

- Não possui botão dedicado no painel para ativar/desativar a função controle remoto.
- Não possui corte pulsado com no mínimo de 10 níveis.

Salto de Pirapora - SP, 18 de junho de 2019